

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации,

метрологии и испытаний в Рязанской области" (ФБУ «Рязанский ЦСМ») RA.RU.311387

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № C-ВТ/31-08-2021/90531682

Действительно до 30.08.2022

Средство измерений

Системы дорожные весового и габаритного контроля; СВК; СВК-2-РВС; 42677-14

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

63719

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

-

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

093-13 МП с изменением № 2

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

-(перечень эталонов и средств поверки приведен на оборотной стороне свидетельства)

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях
влияющих факторов:

температура окружающего воздуха 26 °С, относительная влажность 21 %, атмосферное давление 99,2 кПа

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес

записи сведений о

результатах поверки в

ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/90531682>

Номер записи сведений о

результатах поверки в ФИФ

ОЕИ:

90531682

Поверитель

Феодоритов Сергей Юрьевич

фамилия, инициалы

Знак поверки:



начальник сектора

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись



Облезов Алексей Валерьевич

фамилия, инициалы

Дата поверки

31.08.2021

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И (ИЛИ) ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ


Эталоны и средства поверки:

46357.11.5P.00219232 Весы автомобильные электронные портативные ВА-20П №49871, 5 разряд;
55916.13.4P.00203330 Гиря класса точности М1 массой 2000 кг №0127, 4 разряд; 55916.13.4P.00203332
Гиря класса точности М1 массой 2000 кг №0470, 4 разряд; 55916.13.4P.00203346 Гиря класса точности
М1 массой 2000 кг №0455, 4 разряд; 55916.13.4P.00203356 Гиря класса точности М1 массой 2000 кг
№0451, 4 разряд; 55916.13.4P.00203357 Гиря класса точности М1 массой 2000 кг №0457, 4 разряд;
55916.13.4P.00203358 Гиря класса точности М1 массой 2000 кг №1020, 4 разряд; 55916.13.4P.00203367
Гиря класса точности М1 массой 2000 кг №0469, 4 разряд; 67910.17.РЭ.00349372 Рулетка
измерительная металлическая FISCO YC50/5 № 445, 2 КТ

Электронное клеймо: fa73-8000-6fbf-f2ee

Поверитель

31 августа 2021 г.



подпись

Феодоритов Сергей Юрьевич

фамилия, имя и отчество